

Data : 27.05.2019

Nasz znak : 2019/05/00703

Dotyczy: postępowania „Dostawa urządzenia do kontroli płynów, aerozoli i żeli” – sprawa nr 2019/01/00003

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. jako Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji technicznej urządzenia:

1. W związku z faktem, że Zamawiający określił wymogi techniczne w SIWZ, które może spełnić wyłącznie jedno urządzenie, mianowicie urządzenie Cobalt Insight200M, co de facto jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji, proszę o dopuszczenie zaoferowania innych rozwiązań pozwalających na analizę substancji płynnych w tym urządzenia – skanera płynów LSR -M2 firmy Kumahira.

**Odp:**

Intencją zamawiającego nie jest faworyzowanie żadnego z producentów/dostawców urządzenia. Warunki specyfikacji zostały sformułowane w wyniku doświadczenia w obsłudze innych urządzeń tego typu oraz na podstawie potrzeb zamawiającego.

2. Zamawiający wskazuje, że zakres temperatury pracy urządzenia, powinien wynosić od 10°C do +30 °C, podczas gdy inne urządzenia tego typu znajdujące się na liście ECAC posiadają temperaturę pracy w przedziale co najmniej od 5°do +40°C. W związku z powyższym proszę o zmianę przedmiotowego zakresu temperatury pracy urządzenia na zakres od 5°do +40 °C.

**Odp:**

Zamawiający przewiduje zmianę specyfikacji we wskazanym zakresie.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu dotyczącego wskazywania przez urządzenie jakie zagrożenie znajduje się w pojemniku identyfikując substancję.

**Odp:**

Zamawiający dopuszcza, aby informacje wyświetlane w zakresie substancji zabronionych/materiałów wybuchowych pojawiały się w formie zakodowanych oznaczeń lub w inny sposób uniemożliwiający identyfikację substancji przez osoby postronne aczkolwiek w sposób umożliwiający operatorowi prawidłowe odczytanie danych.

4.Czy Zamawiający wymaga aby była autokalibracja?

**Odp:**

Tak, autokalibracja jest wymagana.

5.Czy Zamawiający wymaga aby możliwość detekcji pojemników do 2000ml, co zostało określone w interpretacji elementów diety pasażerów?

**Odp:**

Zamawiający nie wymaga.

6.Czy Zamawiający określi termin dostawy do dnia 15 czerwca 2019r.?

**Odp:**

Termin dostawy to 31.07.2019r.

7.Czy Zamawiający zaakceptuje w zamian metody wykrywania określonej jako nieradioaktywne źródło, widmo rentgenowskie, które nie wymaga zezwolenia na uruchomienie i pracę wydanego przez Polską Agencję Atomistyki zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 6 sierpnia 2002r. (dz. U. z 2002r. Nr137 poz. 1153; zmiany z 2004.: nr98 poz.980.) jeżeli dane urządzenie posiada moc dawki <1mikro Sv/h z 0.1m i jego typ został zatwierdzony w kraju członkowskim Unii Europejskiej.

**Odp:**

Zamawiający nie akceptuje.

8.Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o maksymalnej szerokości 643 mm?

**Odp:**

Zamawiający nie akceptuje.

9.Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o maksymalnej wysokości 766 mm, dodatkowo wyposażonego w mobilny stolik co daje łącznie wysokość dla zestawu 1455 mm?

**Odp:**

Zamawiający nie akceptuje.

**Uwaga: Zmiana zapisów Specyfikacji Technicznej**