

Data : 13.11.2025 r.

Dotyczy: Postępowanie pn.: "Zakup celiometrów do systemu AWOS".

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr.1:

Dotyczy terminu napraw, podanym w projekcie umowy w pkt.7.a) par. 5, tj. do 7 dni od zgłoszenia awarii czy usterki. Czy Zamawiający może ten termin wydłużyć do 30 dni, a na ten czas umożliwi skorzystanie z ceilometru zapasowego będącego w dyspozycji Zamawiającego, który będzie zainstalowany w miejsce uszkodzonego?. W przeciwnym przypadku żeby zdążyć z naprawą w ciągu 7 dni należałoby zakupić i zdeponować u Państwa zestaw części zapasowych, w tym: Power sensor board, Blower filter, Blower motor, Power unit, board Master unit CBME80B, Set of fuses i Sender (Laser diode). Koszt takiego zestawu wynosi ok. 38 tysięcy zł netto.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na 30 dniowy czas naprawy, oraz użyczenie na tę okoliczność zapasowego ceilometru.

Pytanie nr.: 2:

Dotyczy terminu gwarancji, podanym w projekcie umowy, w pkt. 2 par. 5. W celu zapewnienia 24 miesięcznej gwarancji przez Dostawcę należy dokupić u producenta pakiet serwisowy na drugi rok gwarancji, ponieważ ceilometry mają roczną gwarancję producenta. Koszt z tym związany wynosi dla 4 ceilometrów ok. 12,4 tys. zł netto. Dostawca może zrealizować oba kryteria podane w pkt. 1 i 2 tego pisma albo: kupując depozyt części zapasowych za ok. 38 tys. netto i wtedy nie musi korzystać z zapasowego ceilometru w sposób podany w pkt. 1, albo wykupując dodatkowy rok gwarancji za ok. 12,4 tys. netto z możliwością przedłużenia czasu naprawy i wykorzystania zapasowego ceilometru w sposób podany w pkt. 1. Czy Zamawiający może zająć stanowisko w jaki sposób zrealizować wymaganie odnośnie 24 miesięcznej gwarancji?

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją podtrzymujemy wymagania dotyczące 2 letniego okresu gwarancji.

